

Control FD Assayed Chemistry Level 1

REF

K0311-10

10 x 5 mL

LOT

06816A



2025-10-06



Aalto Scientific Ltd

230 Technology Pkwy

Eatonton, Ga

USA

IVD

ECREP

MDSS GmbH

Schiffgraben 41

30175 Hanover

Germany

ENGLISH

INTENDED USE

Control FD Assayed Chemistry Level 1 is a reference control consisting of human serum based solutions. It is intended to simulate human patient serum samples for the purpose of monitoring the precision of laboratory testing procedures for the following General Chemistry assays. When used for quality control purposes, it is recommended that each laboratory establish its own means and acceptable ranges and use the values provided only as guides.

Albumin	Cholesterol	Iron	Potassium
Alkaline Phosphatase	Creatine Kinase (CK)	LDH	Sodium
ALT (SGPT)	CO2	LDL Cholesterol	TIBC
Amylase	Creatinine	Lactate	Total Bilirubin
AST (SGOT)	Direct Billirubin	Lipase	Total Protein
BUN	Gamma-GT	Magnesium	Triglycerides
Calcium	Glucose	Osmolality	UIBC
Chloride	HDL Cholesterol	Phosphorous	Uric Acid

SUMMARY AND PRINCIPLE

Good laboratory practices require that stable reference materials be used to verify the accuracy and precision of testing methods and techniques. Control FD Assayed Chemistry Level 1 may be used as one would use human serum to obtain the stated values.

REAGENTS

Control FD Assayed Chemistry Level 1 is an in vitro diagnostic control composed of a buffered bacteriostatic and fungistatic human serum matrix. Control FD Assayed Chemistry Level 1 is a lyophilized product manufactured according to standard quality control procedures. The manufacturer guarantees stability and consistency of this product.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

Because this product is of human origin, it should be handled as though capable of transmitting infectious diseases. Each serum, plasma or whole blood donor unit used in the preparation of this material was tested by United States Food and Drug Administration (FDA) approved methods and found to be negative for antibodies to HIV and HCV and nonreactive for HBSAg. Because no test method can offer complete assurance that HIV, hepatitis B virus, and hepatitis C virus or other infectious agents are absent, this material should be handled as though capable of transmitting infectious diseases. This product may also contain other human source material for which there is no approved test. The FDA recommends such samples be handled at the Centers for Disease Control's Biosafety Level 2.

This product contains less than 0.1% sodium azide that may react with lead and copper plumbing to form potentially explosive metal azides. On disposal, flush with a large volume of water to prevent azide build-up.

Control FD Assayed Chemistry Level 1 is intended solely for in vitro diagnostic use for the purpose described on the labeling. Audit® MicroControls™, Inc. shall not be liable for any unclaimed damages arising from any other usage.

STORAGE AND STABILITY

Control FD Assayed Chemistry Level 1 is stored at 2-8°C and will remain stable in the unopened vial until the expiration date. After opening, the contents should be used according to the instrument manufacturer's instructions and immediately returned to 2-8°C.

When used to monitor the precision of laboratory testing procedures for General Chemistry assays, Control FD Assayed Chemistry Level 1 has a reconstituted stability of up to 14 days under the proper storage conditions. Leaving the vial uncapped, or prolonging its time at room temperature, will void this open vial stability claim. Make sure the contents of the vial are well mixed before use.

MATERIALS PROVIDED

Control FD Assayed Chemistry Level 1, 10 x 5 mL

PROCEDURE

Follow the manufacturer's instructions provided for General Chemistry procedures. Verify that the lot number on the vial matches the assay sheet. To avoid evaporation, do not leave the vial uncapped. Controls should be run:

- daily, in conjunction with patient samples.
- as recommended by the instrument manufacturer.
- as required by the relevant regulatory agency.

INSTRUCTIONS FOR USE

- Remove a vial from the package.
- Using a pipette, reconstitute the product with 5 mL of deionized water.
- Allow the vial to sit at room temperature for 5 minutes.
- Occasionally swirl for 30 minutes, or until all visible material is dissolved. Do not shake. Do not mix mechanically. Avoid getting any undissolved material on the sides of the vial or the stopper.
- When all visible solid material is dissolved, invert several times to dissolve any material on the stopper.
- Swirl occasionally for at least 5 minutes.
- Use immediately or return to 2-8°C.
- The vial should remain stored at 2-8°C at all times. If additional sampling is necessary, the time outside of 2-8°C storage should be minimized.

EXPECTED VALUES

The performance range for each level, based on data by combining estimates of assay variance as determined by participating laboratories using approved FDA instruments and reagents, is provided below. Average values obtained in the laboratory should fall within the performance range although the recovery may not be identical with the mean value listed. Variation between labs will be greater than the precision for any one instrument. Accuracy and precision depend on differences in equipment, reagents, supplies and techniques. Therefore, a lab must establish its own acceptable target values and ranges.

LIMITATIONS OF THE PROCEDURE

Variations in instruments and in the temperature of the testing material may result in accuracy differences. If the liquid in the vial becomes frozen, discard and use another vial, as the results will not be valid.

Dispose of any discarded materials in accordance with the requirements of your local waste management authorities.

ORDERING INFORMATION

PRODUCT NUMBER	PRODUCT DESCRIPTION	PRODUCT PACKAGING
K0311-10	Control FD Assayed Chemistry Level 1	10 x 5 mL

Distributed by Audit® MicroControls™, Inc. - U.S. customers only please call (866) 252-8348 or www.auditmicro.com

ESPAÑOL

USO PREVISTO

El Control FD Assayed Chemistry Level 1 es un control de referencia de dos niveles que consiste en soluciones a base de suero humano. Está previsto para estimular las muestras de suero humano de pacientes con el fin de controlar la precisión de los procedimientos de análisis de laboratorio para las siguientes de Química Clínica. Cuando se utiliza para el control de la calidad, se recomienda que cada laboratorio establezca sus propios medios e intervalos aceptables y utilice los valores provistos únicamente como referencia.

Albumina	Colesterol	Hierro	Potasio
Alkalina Fosfatasa	Creatinina Kinasa (CK)	Lactato Dehirogenasa (LDH)	Sodio
ALT (GPT)	Dioxido de Carbano (CO2)	LDL Colesterol	TIBC
Amilasa	Creatinina	Lactato	Bilirubina Total
AST (GOT)	Bilirubina Directa	Lipasa	Proteína Total
BUN	Transaminasa (GGT)	Magnesio	Trigliceridos
Calcio	Glucosa	Osmolalidad	UIBC
Cloro	HDL Colesterol	Fosforo (Fosfatemia)	Acido Urico

RESUMEN Y PRINCIPIO

Las buenas prácticas de laboratorio requieren que se utilicen materiales de referencia estables para verificar la exactitud y precisión de los métodos y técnicas de análisis. El Control FD Assayed Chemistry Level 1 se puede utilizar como se utilizaría el suero humano para obtener los valores establecidos.

REACTIVOS

El Control FD Assayed Chemistry Level 1 se prepara a partir de plasma humano con la adición de componentes de origen humano y animal, productos químicos y estabilizadores. El Control FD Assayed Chemistry Level 1 es un producto liofilizado fabricado de acuerdo a los procedimientos estándar de control de calidad. El fabricante garantiza la estabilidad y la consistencia de este producto.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Al ser un producto de origen humano, debe tratarse como si fuese capaz de transmitir enfermedades infecciosas. Cada unidad donada de suero, plasma o sangre completa que se utiliza en la preparación de este material fue analizada con los métodos aprobados por la Administración de Fármacos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) de los Estados Unidos y se determinó que no presentaba anticuerpos para el VIH y el VHC y no era reactiva para HBSAg (antígeno de superficie de la hepatitis B). Debido a que ningún método de análisis puede garantizar por completo la ausencia de VIH, virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis C, así como otros agentes infecciosos, este material debe manipularse como si fuese capaz de transmitir enfermedades infecciosas. Este producto también podría contener otro material de origen humano para el cual no exista todavía un análisis aprobado. La FDA recomienda que dichas muestras se manipulen en el Nivel 2 de Bioseguridad de los Centros para el Control de Enfermedades.

Este producto contiene menos del 0,1% de azida de sodio que puede reaccionar con tuberías de plomo y de cobre para formar azidas de metal potencialmente explosivas. Para su eliminación, debe enjuagarse con una gran cantidad de agua para evitar la acumulación de azida.

El Control FD Assayed Chemistry Level 1 está previsto únicamente para el uso de diagnóstico in vitro con el fin descrito en la ficha técnica. Audit® MicroControls™, Inc. no será responsable de daños no reclamados producidos por cualquier otro uso.

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD

El Control FD Assayed Chemistry Level 1 se almacena a 2-8°C y permanecerá estable en el frasco sin abrir hasta la fecha de caducidad. Una vez abierto, el contenido debe reconstituirse inmediatamente y usarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante del instrumento e inmediatamente refrigerarse a 2-8°C.

Quando se utiliza para controlar la precisión de los procedimientos de análisis de laboratorio para las pruebas de Química Clínica, el Control FD Assayed Chemistry Level 1 cuenta con una estabilidad en frasco abierto de hasta 14 días bajo las condiciones correctas de almacenamiento. Dejar el frasco destapado o prolongar el tiempo a temperatura ambiente invalidará esta declaración de estabilidad en frasco abierto. Asegúrese de que el contenido del frasco esté bien mezclado antes de usarlo.

MATERIALES SUMINISTRADOS

Control FD Assayed Chemistry Nivel 1, 10 x 5 mL

PROCEDIMIENTO

Siga las instrucciones del fabricante provistas para los procedimientos Química Clínica. Verifique que el número de lote del frasco corresponda al de la hoja del ensayo. Para evitar la evaporación, no deje el frasco destapado. Los controles deben realizarse:

- diariamente, junto con las muestras del paciente.
- según lo recomiende el fabricante del instrumento.
- según lo exija el organismo regulador correspondiente.

MODO DE EMPLEO

- Extraiga un vial del paquete.
- Con ayuda de una pipeta, reconstituya el producto con 5 ml de agua desionizada.
- Dejar que el vial en reposo a temperatura ambiente durante 5 minutos.
- Ocasionalmente remolino durante 30 minutos, o hasta que se disuelva todo el material visible. No agite. No mezcle mecánicamente. Evitar la contaminación con material no disuelto en los laterales del vial o el tapón.
- Quando se disolvió todo el material sólido visible, invertir varias veces para disolver cualquier material sobre el tapón.
- Remolino ocasionalmente durante al menos 5 minutos.
- Utilizar inmediatamente o volver a 2-8°C.
- El vial debe permanecer almacenado a 2-8°C en todo momento. Si es necesario un muestreo adicional, el tiempo fuera de 2-8°C de almacenamiento debe ser minimizado.

VALORES ESPERADOS

A continuación se indica el intervalo de rendimiento para cada nivel, en base a los datos obtenidos con la combinación de las estimaciones de la varianza de la prueba según determinan los laboratorios participantes que utilizan instrumentos y reactivos aprobados por la FDA. Los valores promedio obtenidos en el laboratorio deben situarse dentro del intervalo de rendimiento, aunque la recuperación puede no ser idéntica al valor medio indicado. La variación entre laboratorios será mayor que la precisión de cualquier instrumento dado. La exactitud y la precisión dependen de las diferencias entre los equipos, los reactivos, los suministros y las técnicas. Por lo tanto, el laboratorio debe establecer sus propios valores especificados e intervalos aceptables.

LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO

Si el contenido de alguno de los frascos se congela, tire el frasco y use uno nuevo ya que los resultados no serán válidos.

Elimine los materiales desechados de acuerdo con los requisitos de las autoridades locales de gestión de residuos.

II INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

PRODUCTO NÚMERO	PRODUCOT DESCRIPCIÓN	PRODUCT ENVASE
K0311-10	Control FD Assayed Chemistry Nivel 1	10 x 5 mL

Distribuido por Audit® MicroControls™, Inc. - Clientes en los Estados Unidos llamar al (866) 252-8348 o www.auditmicro.com

FRANÇAIS

UTILISATION PRÉVUE

Le Control FD Assayed Chemistry Level 1 est un contrôle de référence à deux niveaux composé de solutions à base de plasma humain. Il a pour objectif de stimuler les échantillons de plasma du patient humain dans le but de contrôler la précision des procédures de test en laboratoire. Lorsqu'il est utilisé à des fins de contrôle de la qualité, il est recommandé que chaque laboratoire fixe ses propres moyennes et plages acceptables et utilise les valeurs fournies uniquement à titre de références.

Albumine	Cholestérol	Fer	Potassium
PAL	CK	LDH	Sodium
TGP	Bicarbonates	Cholestérol LDL	TIBC
Amylase	Créatinine	Lactate	Bilirubine totale
TGO	Bilirubine direct	Lipase	Protéines totales
Urée	Gamma-GT	Magnésium	Triglycérides
Calcium	Glucose	Osmolalité	UIBC
Chlorure	Cholestérol HDL	Phosphates	Acide urique

RÉSUMÉ ET PRINCIPE

Les bonnes pratiques de laboratoires nécessitent que des matériels de référence stables soient utilisés pour vérifier l'exactitude et la précision des méthodes et techniques de test. Le Control FD Assayed Chemistry Level 1 peut être utilisé comme le plasma humain afin d'obtenir les valeurs établies.

RÉACTIFS

Le Control FD Assayed Chemistry Level 1 est préparé à partir de plasma humain enrichi de composants ajoutés d'origine humaine et animale, de produits chimiques et de stabilisants. Le Control FD Assayed Chemistry Level 1 Audit® est un produit lyophilisé fabriqué conformément aux procédures normales de contrôle de qualité. Le fabricant garantit la stabilité et la cohérence de ce produit.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Ce produit étant d'origine humaine, il doit être manipulé comme susceptible de transmettre des maladies infectieuses. Chaque unité de donneur de sérum, de plasma ou de sang entier utilisée dans la préparation de ce matériel a été testée par des méthodes approuvées de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et s'est avérée négative aux anticorps VIH et VHC et non réactif à l'antigène AgHBs. Aucune méthode de test n'étant en mesure de garantir complètement l'absence d'agents infectieux du VIH, du virus de l'hépatite B et C ou autres, ce matériel doit être manipulé comme susceptible de transmettre des maladies infectieuses. Ce produit peut également contenir d'autres matériels d'origine humaine pour lesquels il n'existe aucun test approuvé. La FDA recommande la manipulation de ces échantillons au Niveau 2 de biosécurité des Centres de contrôle des maladies.

Ce produit contient moins de 0,1% d'azoture de sodium susceptible d'entrer en réaction avec la tuyauterie en plomb et en cuivre pour former des azides métalliques potentiellement explosifs. Lors de l'élimination, évacuez à l'aide d'un grand volume d'eau afin de prévenir la formation d'azide.

Le Control FD Assayed Chemistry Level 1 est uniquement destiné à une utilisation de diagnostique in vitro aux fins décrites sur l'étiquetage. La société Audit® MicroControls™, Inc. ne saurait être tenue responsable de tout dommage non réclamé survenant d'une toute autre utilisation.

ENTREPOSAGE ET STABILITÉ

Le Control FD Assayed Chemistry Level 1 se conserve à 2-8°C et demeurera stable dans son flacon fermé jusqu'à sa date d'expiration. Après ouverture, le contenu doit être reconstitué immédiatement et utilisé conformément aux instructions du fabricant.

Lorsqu'il est utilisé pour contrôler la précision des procédures de test en laboratoire, le Control FD Assayed Chemistry Level 1 Audit® possède une stabilité après ouverture allant jusqu'à 14 jours dans des conditions d'entreposage correctes. Laissez le flacon non rebouché ou à température ambiante de manière prolongée annulera sa stabilité après ouverture. Vérifiez que le contenu du flacon soit bien mélangé avant utilisation.

MATÉRIELS FOURNIS

Control FD Assayed Chemistry Niveau 1, 10 x 5 mL

PROCÉDURE

Suivez les instructions du fabricant fournies pour les procédures Chimie générale. Vérifiez que le numéro de lot indiqué sur le flacon corresponde à celui de la feuille d'essai. Afin d'éviter l'évaporation, ne laissez pas le flacon débouché. Les contrôles doivent être réalisés:

- quotidiennement, conjointement avec les échantillons du patient;
- tel que recommandé par le fabricant;
- el que requis par l'organisme de régulation compétent.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Sortez un flacon de la boîte.
- À l'aide d'une pipette, reconstituez le produit avec 5 ml d'eau déionisée.
- Laissez le flacon reposer à température ambiante pendant 5 minutes.
- Parfois tourbillon pendant 30 minutes, ou jusqu'à ce que tout le matériel visible est dissoute. Ne secouez pas. Ne pas mélanger mécaniquement. Eviter de matière non dissoute sur les côtés du flacon ou le bouchon.
- Quand tout matériau solide visible est dissoute, inverser plusieurs fois pour dissoudre tout matériel sur le bouchon.
- Swirl parfois pendant au moins 5 minutes.
- Utiliser immédiatement ou revenir à 2-8°C.
- Le flacon doit rester stocké à 2-8°C en tout temps. Si l'échantillonnage supplémentaire est nécessaire, le temps en dehors de 2-8°C de stockage doit être minimisée.

VALEURS ATTENDUES

La gamme de performance pour chaque niveau, sur la base de données par combinaison des estimations de variable d'essai telles que déterminées par les laboratoires participants au moyen d'instruments et de réactifs approuvés par la FDA, est fournie ci-après. Les valeurs moyennes obtenues dans le laboratoire doivent tomber dans la gamme de performance même si la récupération est différente de la valeur principale listée. L'écart entre laboratoires sera supérieur à la précision pour chaque instrument. L'exactitude et la précision dépendent des différences relatives aux équipements, réactifs, fournitures et techniques. Par conséquent, un laboratoire peut fixer ses propres gammes et valeurs cibles acceptables.

LIMITATIONS DE LA PROCÉDURE

Si le contenu d'un flacon devient froid, mettez l'ensemble des flacons au rebut et demandez un set de remplacement, car les résultats ne seront pas valides.

Débarrassez-vous des matériels ouverts conformément aux exigences de vos autorités de gestion des déchets locales.

INFORMATIONS DE COMMANDE

PRODUIT NUMÉRO	PRODUIT DESCRIPTION	PRODUIT EMBALLAGE
K0311-10	Control FD Assayed Chemistry Niveau 1	10 x 5 mL

Distribué par Audit® MicroControls™s, Inc - clients des États-Unis seulement s'il vous plaît appelez (866) 252-8348 ou www.auditmicro.com

DEUTSCH

VERWENDUNGSZWECK

Die Control FD Assayed Chemistry Level 1 ist eine Referenzkontrolle mit zwei Levels, die aus auf menschlichem Serum basierenden Lösungen besteht. Sie soll menschliche Plasmaproben von Patienten simulieren, für die Zwecke der Überwachung der Präzision von Laborprüfverfahren für die nachfolgenden Allgemeinen Chemie-Assays. Beim Gebrauch zu Qualitätskontrollzwecken wird empfohlen, dass jedes Labor seine eigenen Mittelwerte und akzeptablen Bereiche festlegt und die angegebenen Werte nur als Richtlinien verwendet.

Albumin	Chloesterin	Eisen	Kalium
Alkalische Phosphatase	Creatine Kinase (CK)	LDH	Natrium
ALT (SGPT)	CO2	LDL Chloesterin	TIBC
Amylase	Kreatinin	Milchsäure	Total Bilirubin
AST (SGOT)	direktes Bilirubin	Lipase	Total Protein
BUN	Gamma-GT	Magnesium	Triglycerides
Kalzium	Glucose	Osmolalität	UIBC
Chlorid	HDL Chloesterin	Phosphor	Harnsäure

ZUSAMMENFASSUNG UND PRINZIP

Gemäß der guten Laborpraktiken ist es erforderlich, dass stabile Referenzmaterialien verwendet werden, um die Genauigkeit und Präzision der Prüfverfahren und -techniken zu verifizieren. Die Audit® Control FD Assayed Chemistry Level 1 kann so verwendet werden wie menschliches Serum um die angegebenen Werte zu erhalten.

REAGENZIEN

Die Control FD Assayed Chemistry Level 1 wird aus menschlichem Serum hergestellt und es werden zusätzliche Bestandteile menschlichen und tierischen Ursprungs, Chemikalien und Stabilisatoren hinzugegeben. Die Control FD Assayed Chemistry Level 1 ist eine lyophilisierte Produkt hergestellt nach Norm Qualitätskontrollen. Der Hersteller garantiert Stabilität und Konsistenz zu diesem Artikel.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Da es sich um ein Produkt menschlichen Ursprungs handelt, sollte es so behandelt werden, als könnte es Infektionskrankheiten übertragen. Jede zur Herstellung dieses Materials verwendete Serum-, Plasma- oder Vollblutspendereinheit wurde gemäß von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) zugelassenen Methoden geprüft und erwies sich als negativ hinsichtlich HIV- und HCV-Antikörper sowie als nicht-reaktiv gegenüber HBSAg. Da kein Prüfverfahren hundertprozentig garantieren kann, dass keine HIV-, Hepatitis B- und Hepatitis C-Viren oder andere infektiöse Substanzen vorhanden sind, sollte dieses Material so gehandhabt werden, als könnte es Infektionskrankheiten übertragen. Dieses Produkt könnte auch anderes Material menschlichen Ursprungs enthalten, für das es keine zugelassene Prüfung gibt. Die FDA empfiehlt, solche Proben mit der biologischen Schutzstufe 2 des Centers for Disease Control handzuhaben.

Dieses Produkt enthält weniger als 0,1% Natriumazid, das mit Blei- und Kupferleitungen reagieren und potenziell explosive Metallazide bilden könnte. Bei der Entsorgung mit reichlich Wasser nachspülen, um eine Azid-Ansammlung zu verhindern.

Die Control FD Assayed Chemistry Level 1 ist ausschließlich für den In-vitro-Diagnosegebrauch für die auf dem Etikett angegebenen Zwecke bestimmt. Audit® MicroControls™, Inc. ist nicht haftbar für alle nicht geltend gemachten Schäden, die aus zweckentfremdetem Gebrauch herrühren.

LAGERUNG UND STABILITÄT

Die Control FD Assayed Chemistry Level 1 wird bei 2-8°C gelagert und ist im ungeöffneten Röhrchen bis zum Verfallsdatum stabil. Nach dem Öffnen sollte der Inhalt sofort rekonstituiert und den Anleitungen des Messgeräteherstellers entsprechend verwendet werden.

Bei Gebrauch zur Überwachung der Präzision von Laborprüfverfahren -Prüfungen hat die Control FD Assayed Chemistry Level 1 bei angemessenen Lagerbedingungen im geöffneten Röhrchen eine Stabilität von 14 Tagen. Wenn das Röhrchen nicht verschlossen oder für längere Zeit bei Raumtemperatur gelagert wird, verfällt dieser Anspruch auf Haltbarkeit im geöffneten Zustand. Vor Gebrauch sicherstellen, dass der Inhalt des Röhrchens gut durchmischt ist.

ZUR VERFÜGUNG GESTELLTE MATERIALIEN

Control FD Assayed Chemistry Level 1, 10 x 5 mL

VERFAHREN

Die Anleitungen des Herstellers zu Allgemeine Chemie -Verfahren befolgen. Sicherstellen, dass die Chargennummer auf dem Röhrchen mit dem Prüfblatt übereinstimmt. Um ein Verdunsten zu vermeiden, das Röhrchen nicht unverschlossen lassen. Durchführung der Kontrollen:

- täglich, zusammen mit Patientenproben.
- wie vom Messgerätehersteller empfohlen.
- wie von der zuständigen Aufsichtsbehörde verlangt.

GBRAUCHSANLEITUNG

- Ein Fläschchen aus der Packung nehmen.
- Mit einer Pipette das Produkt mit 5 ml entionisiertem Wasser rekonstituieren.
- Lassen Sie die Flasche bei Raumtemperatur für 5 Minuten sitzen.
- Gelegentlich Wirbel für 30 Minuten, oder bis alle sichtbar gelöst ist. Nicht schütteln. Nicht mechanisch zu mischen. Vermeiden Sie ungelöstes Material an den Seiten der Ampulle oder des Stopfens.
- Wenn alle sichtbare feste Material gelöst, mehrmals invertieren, jegliches Material auf dem Stopfen aufzulösen.
- Swirl gelegentlich für mindestens 5 Minuten.
- Verwenden sofort oder zurück zu 2-8°C.
- Das Fläschchen sollte bei 2-8°C zu jeder Zeit gespeichert bleiben. Wenn zusätzliche Probenahme erforderlich ist, sollte die Zeit außerhalb von 2-8°C Lagerung minimiert werden.

ERWARTETE WERTE

Nachfolgend ist der Leistungsbereich für jede Ebene angegeben, basierend auf Daten, die durch die Kombination von Schätzungen der Prüfungsstreuung durch teilnehmende Labors mit zugelassenen FDA-Messgeräten und Reagenzien festgestellt wurden. Im Labor festgestellte Mittelwerte sollten in diesen Leistungsbereich fallen, die Rückgewinnung ist jedoch möglicherweise nicht mit dem angegebenen Mittelwert identisch. Die Schwankungen zwischen den Labors werden größer sein als die Genauigkeit eines einzelnen Messgeräts. Die Genauigkeit und Präzision sind von den Unterschieden zwischen Geräten, Reagenzien, Materialien und Techniken abhängig. Deshalb muss ein Labor seine eigenen akzeptablen Zielwerte und Bereiche festlegen.

EINSCHRÄNKUNGEN DES VERFAHRENS

Wenn der Inhalt eines Röhrchens gefrieren sollte, alle Röhrchen entsorgen und ein Ersatzset anfordern, da die Ergebnisse nicht gültig wären.

Verworfen Materialien in Übereinstimmung mit den Vorschriften der lokalen Abfallbeseitigungsbehörden entsorgen.

BESTELLINFORMATIONEN

PRODUKT NUMMER	PRODUKT BESCHREIBUNG	PRODUKT VERPACKUNG
K0311-10	Control FD Assayed Chemistry Level 1	10 x 5 mL

Vertrieben durch Audit® MicroControls™, Inc. - US-Kunden nur rufen Sie bitte (866) 252-8348 oder www.auditmicro.com

ITALIANO

USO INDICATO

Il Control FD Assayed Chemistry Level 1 è un controllo di riferimento bilivello composto di soluzioni a base di plasma umano. È indicato per simulare campioni di plasma di un paziente umano allo scopo di monitorare la precisione di procedure di test di laboratorio. Se usato per scopi di controllo qualità, si raccomanda che ogni laboratorio stabilisca i propri mezzi e i propri intervalli accettabili e utilizzi i valori forniti puramente a scopo indicativo.

Albumina	Colesterolo	Ferro	Potassio
Fosfatasi Alcalina	Creatina Chinasi	Lattato Deidrogenasi	Sodio
Alanina Amino Transferasi	Andride Carbonica	Colesterolo LDL	TIBC
Amilasi	Creatinina	Acido Lattico	Bilirubina Totale
Asparto Amino Transferasi	Bilirubina Diretta	Lipasi	Proteine Totali
Azoto urico nel Sangue	Gamma Glutamil Transpeptidasi	Magnesio	Trigliceridi
Calcio	Glucosio	Osmolalità	UIBC
Cloruro	Colesterolo HDL	Fosforo	Acido Urico

SINTESI E PRINCIPIO

Le buone pratiche di laboratorio richiedono che siano usati materiali di riferimento stabili per verificare l'accuratezza e la precisione dei metodi e delle tecniche di analisi. Il Control FD Assayed Chemistry Level 1 può essere utilizzato come il plasma umano per ottenere i valori dichiarati.

REAGENTI

Il Control FD Assayed Chemistry Level 1 è preparato da plasma umano con l'aggiunta di componenti di origine umana e animale, sostanze chimiche e stabilizzanti. Il Control FD Assayed Chemistry Level 1 è un prodotto liofilizzato fabbricati secondo le procedure standard di controllo di qualità. Il costruttore garantisce la stabilità e la consistenza di questo prodotto.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Trattandosi di prodotto di origine umana, è necessario manipolare il materiale quale possibile mezzo di trasmissione di malattie infettive. Ogni unità di siero, plasma o sangue intero prelevata dal donatore e utilizzata per la preparazione del presente materiale è stata testata tramite metodi approvati dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense ed è risultata negativa agli anticorpi dell'HIV e dell'HCV e HBSAg non reattiva. Poiché nessun metodo di analisi può garantire l'assenza completa del virus HIV, del virus dell'epatite B e del virus dell'epatite o C di altri agenti infettivi, è necessario manipolare il materiale come potenziale mezzo di trasmissione di malattie infettive. Questo prodotto potrebbe anche contenere altro materiale di origine umana per il quale non esiste alcun test approvato. L'FDA raccomanda che tali campioni siano manipolati presso i Centri per la Biosicurezza del Controllo Malattie (Centers for Disease Control Biosafety) di livello 2.

Questo prodotto contiene meno dello 0,1% di azoturo di sodio che potrebbe reagire con tubature di piombo e rame per formare azoturi metallici potenzialmente esplosivi. Quando si smaltisce, sciacquare con abbondante acqua per prevenire la formazione di azoturo.

Il Control FD Assayed Chemistry Level 1 è inteso esclusivamente per uso diagnostico in vitro per la finalità descritta sull'etichetta. Audit® MicroControls™, Inc. non è responsabile per danni causati ogni altro uso.

CONSERVAZIONE E STABILITÀ

Il Control FD Assayed Chemistry Level 1 si conserva ad una temperatura di 2-8°C e rimane stabile in fiala sigillata fino alla data di scadenza indicata. Dopo l'apertura, il contenuto deve essere utilizzato secondo le istruzioni del produttore dello strumento e immediatamente riportato a 2-8°C.

Ove utilizzato per monitorare la precisione delle procedure di test di laboratorio, il Control FD Assayed Chemistry Level 1 Audit® ha una stabilità in fiala aperta fino a 14 giorni, se in condizioni di conservazione appropriate. Lasciare la fiala aperta, o prolungare il tempo in cui viene lasciata a temperatura ambiente, causa l'annullamento della stabilità dichiarata. Assicurarsi che i contenuti della fiala siano ben miscelati prima dell'utilizzo.

MATERIALE FORNITO

Control FD Assayed Chemistry Livello 1, 10 x 5 mL

PROCEDURA

Seguire le istruzioni del produttore fornite per le procedure Chimica Generale. Verificare che il numero di lotto sulla fiala corrisponda al foglio dell'analisi. Per evitare l'evaporazione, non lasciare la fiala aperta. È necessario effettuare controlli:

- 1. quotidianamente, insieme ai campioni del paziente.
- 2. come raccomandato dal produttore dello strumento.
- 3. come richiesto dall'agenzia regolatrice competente.

ISTRUZIONI PER L'USO

- 1. Rimuovere una fiala dalla confezione.
- 2. Per mezzo di una pipetta, ricostituire il prodotto con 5 mL di acqua deionizzata.
- 3. Lasciare che il flacone di riposare a temperatura ambiente per 5 minuti.
- 4. Di tanto in tanto turbinio per 30 minuti, o fino a quando tutto il materiale visibile è dissolto. Non agitare. Non mescolare meccanicamente. Evitare di ottenere qualsiasi materiale non disciolto sui lati della fiala o il tappo.
- 5. Quando tutto il materiale solido viene disciolto visibile, capovolgere più volte per sciogliere qualsiasi materiale sul tappo.
- 6. Ricciolo di tanto in tanto per almeno 5 minuti.
- 7. Utilizzare immediatamente o tornare a 2-8°C.
- 8. La fiala deve rimanere conservato a 2-8°C in ogni momento. Se ulteriore campionamento è necessario, il tempo al di fuori di 2-8°C di stoccaggio deve essere ridotto al minimo.

VALORI PREVISTI

Il range di prestazione per ogni livello, basato su dati che combinano stime di variabilità dell'analisi come determinate dai laboratori partecipanti che utilizzano strumenti e reagenti approvati dalla FDA, è indicato sotto. I valori medi ottenuti nel laboratorio dovrebbero trovarsi all'interno del range di prestazione anche se la ripresa potrebbe non essere identica ai valori medi elencati. Le variazioni tra i laboratori saranno maggiori della precisione per ogni singolo strumento. L'accuratezza e la precisione dipendono dalle differenze nell'attrezzatura, reagenti, forniture e tecniche. Di conseguenza, ogni laboratorio deve stabilire i propri valori e range accettabili di riferimento.

LIMITAZIONI ALLA PROCEDURA

Se il contenuto di una fiala si congela, scartare tutte le fiale e richiedere un set sostitutivo, poiché i risultati non saranno validi.

Smaltire il materiale di scarto conformemente ai requisiti delle autorità locali che si occupano della gestione dei rifiuti.

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

PRODOTTO NUMÉRO	PRODOTTO DESCRIZIONE	PRODOTTO CONFEZIONE
K0311-10	Control FD Assayed Chemistry Livello 1	10 x 5 mL

Distribuito da Audit® MicroControls™, Inc. - i clienti si prega di chiamare solo negli Stati Uniti (866) 252-8348 o www.auditmicro.com

ALBUMIN (g/dL)		
Albumina / Albumine / Albumin / Albumina		
Instrument / Reagent	Level 1, 06816A	
Cobas c501/Roche	2.1-3.1	
Architect c4000/Abbott	1.9-2.9	
Biolis24i,CLC480/Carolina Liquid Chemistries	2.26-3.38	
Siemens EXL/Siemens	1.42-2.12	
Roche Integra 400+/Roche	1.98-2.96	
Beckman Olympus AU 480/Beckman	2.0-3.0	
Ortho Vitros 5600/Ortho	1.61-2.41	

ALKALINE PHOSPHATASE (IU/L)		
Alkalina Fosfatasa / PAL / Alkalische Phosphatase / Fosfatasi Alcalina		
Instrument / Reagent	Level 1, 06816A	
Cobas c501/Roche	87.2-131	
Architect c4000/Abbott	95-143	
Biolis24i,CLC480/Carolina Liquid Chemistries	86.4-130	
Siemens EXL/Siemens	94-142	
Roche Integra 400+/Roche	89.6-134	
Beckman Olympus AU 480/Beckman	102-154	
Ortho Vitros 5600/Ortho	95-143	

ALT (SGPT) (IU/L)		
ALT (GPT) / TGP / ALT (SGPT) / Alanina Amino Transferasi		
Instrument / Reagent	Level 1, 06816A	
Cobas c501/Roche	30.4-45.6	
Architect c4000/Abbott	28-42	
Biolis24i,CLC480/Carolina Liquid Chemistries	28.8-43.2	
Siemens EXL/Siemens	33-49	
Roche Integra 400+/Roche	26.4-39.6	
Beckman Olympus AU 480/Beckman	26-40	
Ortho Vitros 5600/Ortho	24.0-36.0	

AMYLASE (IU/L)		
Amilasa / Amylase / Amylase / Amilasi		
Instrument / Reagent	Level 1, 06816A	
Cobas c501/Roche	58.1-87.1	
Architect c4000/Abbott	68-102	
Siemens EXL/Siemens	74-112	
Beckman Olympus AU 480/Beckman	50-74	
Ortho Vitros 5600/Ortho	30.8-46.2	

AST (SGOT) (IU/L)		
AST (GOT) / TGO / AST (SGOT) / Asparto Amino Transferasi		
Instrument / Reagent	Level 1, 06816A	
Cobas c501/Roche	35.2-52.8	
Architect c4000/Abbott	31-46	
Biolis24i,CLC480/Carolina Liquid Chemistries	34.2-51.2	
Siemens EXL/Siemens	32-48	
Roche Integra 400+/Roche	31.4-47.0	
Beckman Olympus AU 480/Beckman	29-43	
Ortho Vitros 5600/Ortho	34.2-51.4	

BILIRUBIN, DIRECT (mg/dL)		
Bilirubina Directa / Bilirubine direct / direktes Bilirubin / Bilirubina Diretta		
Instrument / Reagent	Level 1, 06816A	
Cobas c501/Roche	0.35-0.53	
Architect c4000/Abbott	0.5-0.7	
Biolis24i,CLC480/Carolina Liquid Chemistries	0.278-0.418	
Siemens EXL/Siemens	0.334-0.500	
Roche Integra 400+/Roche	0.29-0.43	
Beckman Olympus AU 480/Beckman	0.5-0.7	
Ortho Vitros 5600/Ortho	0-0.03	

BILIRUBIN, TOTAL (mg/dL)		
Bilirubina Total / Bilirubine totale / Total Bilirubin / Bilirubina Totale		
Instrument / Reagent	Level 1, 06816A	
Cobas c501/Roche	0.69-1.03	
Architect c4000/Abbott	0.7-1.0	
Biolis24i,CLC480/Carolina Liquid Chemistries	0.68-1.02	
Siemens EXL/Siemens	0.692-1.04	
Roche Integra 400+/Roche	0.66-0.98	
Beckman Olympus AU 480/Beckman	0.8-1.2	
Ortho Vitros 5600/Ortho	0.482-0.724	

BUN (mg/dL)		
BUN / Urée / BUN / Azoto urico nel Sangue		
Instrument / Reagent	Level 1, 06816A	
Cobas c501/Roche	12.3-18.5	
Architect c4000/Abbott	12-18	
Biolis24i,CLC480/Carolina Liquid Chemistries	11.8-17.8	
Siemens EXL/Siemens	15-23	
Roche Integra 400+/Roche	12.2-18.2	
Beckman Olympus AU 480/Beckman	13-19	
Ortho Vitros 5600/Ortho	11.3-16.9	

CALCIUM (mg/dL)		
Calcio / Calcium / Kalzium / Calcio		
Instrument / Reagent	Level 1, 06816A	
Cobas c501/Roche	7.36-11.0	
Architect c4000/Abbott	6.7-10.1	
Biolis24i,CLC480/Carolina Liquid Chemistries	6.60-9.90	
Siemens EXL/Siemens	7.4-11.0	
Roche Integra 400+/Roche	7.18-10.8	
Beckman Olympus AU 480/Beckman	6.9-10.3	
Ortho Vitros 5600/Ortho	7.18-10.8	

CHLORIDE (mEq/L)		
Cloro / Chlorure / Chlorid / Cloruro		
Instrument / Reagent	Level 1, 06816A	
Cobas c501/Roche	78.4-118	
Architect c4000/Abbott	80-120	
Biolis24i,CLC480/Carolina Liquid Chemistries	77.8-117	
Siemens EXL/Siemens	80.0-120	
Roche Integra 400+/Roche	77.0-115	
Beckman Olympus AU 480/Beckman	77-115	
Ortho Vitros 5600/Ortho	77.9-117	

CHOLESTEROL, HDL (mg/dL)		
HDL Colesterol / Cholestérol HDL / HDL Chloesterin / Colesterolo HDL		
Instrument / Reagent	Level 1, 06816A	
Cobas c501/Roche	36.8-55.2	
Architect c4000/Abbott	41-62	
Biolis24i,CLC480/Carolina Liquid Chemistries	45.8-68.8	
Siemens EXL/Siemens	53-79	
Roche Integra 400+/Roche	41.7-62.5	
Beckman Olympus AU 480/Beckman	41.7-62.5	
Ortho Vitros 5600/Ortho	41.9-62.9	

CHOLESTEROL, LDL (mg/dL)		
LDL Colesterol / Cholestérol LDL / LDL Chloesterin / Colesterolo LDL		
Instrument / Reagent	Level 1, 06816A	
Cobas c501/Roche	43.2-64.8	
Architect c4000/Abbott	31-47	
Beckman Olympus AU 480/Beckman	26.4-39.6	
Ortho Vitros 5600/Ortho	28.2-42.2	

CHOLESTEROL TOTAL (mg/dL)		
Instrument / Reagent	Level 1, 06816A	
Cobas c501/Roche	101-151	
Architect c4000/Abbott	97-145	
Biolis24i,CLC480/Carolina Liquid Chemistries	102-154	
Siemens EXL/Siemens	103-155	
Roche Integra 400+/Roche	95.2-143	
Beckman Olympus AU 480/Beckman	94-140	
Ortho Vitros 5600/Ortho	88-132	

CREATINE KINASE (IU/L)		
Creatinina Kinasa / CK / Creatine Kinase / Creatina Chinasi		
Instrument / Reagent	Level 1, 06816A	
Cobas c501/Roche	119-179	
Architect c4000/Abbott	115-173	
Siemens EXL/Siemens	115-173	
Beckman Olympus AU 480/Beckman	102-152	
Ortho Vitros 5600/Ortho	98.4-148	

CO2 (mEq/L)		
Dioxido de Carbano / Bicarbonates / CO2 / Andride Carbonica		
Instrument / Reagent	Level 1, 06816A	
Cobas c501/Roche	16.8-25.2	
Architect c4000/Abbott	16-24	
Biolis24i,CLC480/Carolina Liquid Chemistries	16.4-24.6	
Siemens EXL/Siemens	19.0-28.6	
Roche Integra 400+/Roche	16.2-24.4	
Beckman Olympus AU 480/Beckman	18-26	
Ortho Vitros 5600/Ortho	17.8-26.8	

CREATININE (mg/dL)		
Creatinina / Créatinine / Kreatinin / Creatinina		
Instrument / Reagent	Level 1, 06816A	
Cobas c501/Roche	1.5-2.3	
Architect c4000/Abbott	1.50-2.25	
Biolis24i,CLC480/Carolina Liquid Chemistries	1.36-2.04	
Siemens EXL/Siemens	1.54-2.32	
Roche Integra 400+/Roche	1.46-2.18	
Beckman Olympus AU 480/Beckman	1.44-2.16	
Ortho Vitros 5600/Ortho	1.54-2.32	

GAMMA-GT (GGT) (IU/L)		
Transaminasa / GGT / GGT / Gamma Glutamil Transpeptidasi		
Instrument / Reagent	Level 1, 06816A	
Cobas c501/Roche	48.0-72.0	
Architect c4000/Abbott	51-76	
Beckman Olympus AU 480/Beckman	44-66	
Ortho Vitros 5600/Ortho	67.6-101	

GLUCOSE (mg/dL)		
Glucosa / Glucose / Glucose / Glucosio		
Instrument / Reagent	Level 1, 06816A	
Cobas c501/Roche	76.8-115	
Architect c4000/Abbott	74-110	
Biolis24i,CLC480/Carolina Liquid Chemistries	74.9-112	
Siemens EXL/Siemens	78-116	
Roche Integra 400+/Roche	75.0-112	
Beckman Olympus AU 480/Beckman	73-109	
Ortho Vitros 5600/Ortho	70.5-106	

IRON (µg/dL)		
Hierro / Fer / Eisen / Ferro		
Instrument / Reagent	Level 1, 06816A	
Cobas c501/Roche	64.0-96.0	
Architect c4000/Abbott	61-91	
Roche Integra 400+/Roche	60.6-91.0	
Beckman Olympus AU 480/Beckman	65.1-97.7	
Ortho Vitros 5600/Ortho	58.8-88.2	

LDH (IU/L)		
Lactato Dehirogenasa / LDH / LDH / Lattato Deidrogenasi		
Instrument / Reagent	Level 1, 06816A	
Cobas c501/Roche	112-168	
Architect c4000/Abbott	100-150	
Biolis24i,CLC480/Carolina Liquid Chemistries	89.6-134	
Siemens EXL/Siemens	94-142	
Beckman Olympus AU 480/Beckman	77-115	
Ortho Vitros 5600/Ortho	114-170	

LACTATE (mmol/L)		
Acido Lactico (Lactato) / Lactate / Milchsäure / Acido Lattico		
Instrument / Reagent	Level 1, 06816A	
Cobas c501/Roche	3.8-5.6	
Architect c4000/Abbott	3.38-5.07	
Siemens EXL/Siemens	3.78-5.66	
Beckman Olympus AU 480/Beckman	3.28-4.92	
Ortho Vitros 5600/Ortho	3.60-5.40	

LIPASE (IU/L)		
Lipasa / Lipase / Lipase / Lipasi		
Instrument / Reagent	Level 1, 06816A	
Cobas c501/Roche	29.6-44.4	
Architect c4000/Abbott	30-46	
Siemens EXL/Siemens	80-120	
Beckman Olympus AU 480/Beckman	29-43	
Ortho Vitros 5600/Ortho	357-535	

MAGNESIUM (mg/dL)		
Magnesio / Magnésium / Magnesium / Magnesio		
Instrument / Reagent	Level 1, 06816A	
Cobas c501/Roche	1.51-2.27	
Architect c4000/Abbott	1.48-2.22	
Siemens EXL/Siemens	2.07-3.11	
Roche Integra 400+/Roche	1.54-2.32	
Beckman Olympus AU 480/Beckman	1.5-2.3	
Ortho Vitros 5600/Ortho	1.41-2.11	

PHOS

SODIUM (mEq/L)	
Sodio / Sodium / Natrium / Sodio	
Instrument / Reagent	Level 1, 06816A
Cobas c501/Roche	103-155
Architect c4000/Abbott	103-154
Medica Easylyte/Medica	104-156
Siemens EXL/Siemens	105-157
Roche Integra 400+/Roche	100-150
Beckman Olympus AU 480/Beckman	101-151
Ortho Vitros 5600/Ortho	100-150

TIBC (µg/dL)	
Instrument / Reagent	Level 1, 06816A
Cobas c501/Roche	183-275

TRIGLYCERIDES (mg/dL)	
Trigliceridos / Triglicérides / Triglycerides / Trigliceridi	
Instrument / Reagent	Level 1, 06816A
Cobas c501/Roche	73.6-110
Architect c4000/Abbott	65-97
Biolis24i,CLC480/Carolina Liquid Chemistries	66.5-99.7
Siemens EXL/Siemens	68-102
Roche Integra 400+/Roche	71.0-106
Beckman Olympus AU 480/Beckman	70-106
Ortho Vitros 5600/Ortho	72.8-109

URIC ACID (mg/dL)	
Acido Urico / Acide urique / Harnsäure / Acido Urico	
Instrument / Reagent	Level 1, 06816A
Cobas c501/Roche	4.0-6.0
Architect c4000/Abbott	4.0-6.0
Biolis24i,CLC480/Carolina Liquid Chemistries	3.90-5.84
Siemens EXL/Siemens	4.34-6.52
Roche Integra 400+/Roche	4.01-6.01
Beckman Olympus AU 480/Beckman	3.9-5.9
Ortho Vitros 5600/Ortho	3.83-5.75

UIBC (µg/dL)	
Instrument / Reagent	Level 1, 06816A
Cobas c501/Roche	118-178
Architect c4000/Abbott	111-167
Roche Integra 400+/Roche	127-191
Beckman Olympus AU 480/Beckman	134-202